

기능검사 장비 정비(1차) 안내

1 정비 목적

- 의료장비 현황정보는 요양기관이 청구한 요양급여비용을 심사·평가하는 기초자료로 활용되고, 대국민 정보공개 및 각종 통계산출 등에 필요한 중요한 정보임
- 그러나, 일부 장비정보의 누락 및 보유·등록 현황 불일치 등으로 장비 현황정보의 정확성이 저하되는 사례 발생
- 이에, 의료장비에 대한 단계적 정비를 통해 체계적 관리 및 장비 현황정보의 정확성을 확보하고자 함

2 정비 개요

- (정비대상) 기능검사 장비 10종 17품목*

연번	장비번호	장비품목명
1	A20101	근전도검사기 - 근전도검사 단독 기기
2	A20102	근전도검사기 - 근전도 및 유발전위검사 병용 기기
3	A20200	유발전위검사기
4	A20300	자장자극기(유발전위검사용)
5	A20400	호흡기능검사기
6	A20501	심전도기 - 심전도검사 단독 기기
7	A20502	심전도기 - 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기
8	A20600	심전도감시기
9	A20700	홀터감시기
10	A20801	뇌파검사기 - 아날로그 18채널 미만
11	A20802	뇌파검사기 - 아날로그 18채널 이상
12	A20803	뇌파검사기 - 디지털 18채널 미만
13	A20804	뇌파검사기 - 디지털 18채널 이상 64채널 미만
14	A20805	뇌파검사기 - 디지털 64채널 이상
15	A20900	보행뇌파검사기
16	A21001	안저촬영기 - 안저촬영 단독 기기
17	A21002	안저촬영기 - 안저 및 형광안저촬영 병용 기기

* 기능검사 장비는 총 46종 63품목으로, 3차(2024~2025년)에 걸쳐 정비 시행 예정

○ (정비내용)

- 요양기관의 실제 장비 보유현황과 건강보험심사평가원의 등록현황 일치화
※ 미보유 장비(폐기, 양도 등) 사용중지 및 새로 구입한 장비 신규 등록
- 누락된 장비 정보(제조연월, 제조번호 등) 확인 후 변경 신고 등

○ (정비방법) 보건의료자원통합신고포털을 이용한 신규·변경 신고

※ 신고 유형별 세부 정비방법은 [별첨] 참고

3 정비 일정

- 2024년 7월 ~ 9월(3개월)

4 관련 문의처

- 건강보험심사평가원 고객센터: 1644-2000
- 건강보험심사평가원 자원운영부: 033-739-4813, 4815, 4825, 4826

별첨

보건의료자원통합신고포털을 이용한 정비 방법

로그인 방법

- 보건의료자원통합신고포털(www.hurb.or.kr)에 접속하여 공인인증 로그인

The screenshot shows the homepage of the Hurb.or.kr portal. In the top right corner, there is a navigation bar with several links. A red box highlights the '로그인' (Login) link. Below the navigation bar, there are several main sections including '개설신고·변경' (New/Change Report), '현황신고·변경' (Status Report/Change), '유·폐업' (Opening/Closing), and '관계기관정보' (Related Agency Information). A large central banner titled '개설신고·변경' provides a flowchart for the process. On the right side, there is a list of '요양기관 현황 신고 기준' (Nursing Facility Status Reporting Standards) with numbered steps: 1. 개설신고 (New Report), 2. 지급계좌신고 (Payment Account Report), 3. 시설·인력·장비 신고 (Facility, Staff, and Equipment Report), and 4. 식대·저당제신고 (Food and Mortgage Report).

This screenshot shows the login page of the Hurb.or.kr portal. A modal window titled '회원 로그인' (Member Login) is displayed in the center. It contains two main buttons: '공동인증서 로그인' (Login with Public Key Certificate) and '요양기관현황미신고기관 비회원 로그인' (Login for Non-reporting Facility). The '공동인증서 로그인' button is highlighted with a red box and labeled with a circled '2'. Below the buttons, there are links for '회원가입하기' (Sign Up) and '공인인증센터' (Public Key Certificate Center). The background shows the same portal interface as the previous screenshot, but dimmed.

- ① 로그인 → ② 공동인증서 로그인 클릭

□ 요양기관별 장비 등록정보 확인 방법

○ [경로] 현황신고·변경-장비현황-일반장비 현황신고

보건의료자원통합신고포털 로그아웃(54 : 37)

서비스안내 **개설신고·변경** **① 현황신고·변경** 유·폐업 코로나관련 병상·신고 관계기관정보등록 정보마당 통계 마이페이지

일반현황
요양기관 주<->공동개설자 변경신고
사업자번호·정구SW업체 변경신고

식대
입원환자식 신고
치료식 영양관리로 신고

시설현황
시설현황 신고
침문열 및 병동 현황신고
요양병원 일반입원실 6인이상 병상 신고

차동제
일반병동 간호관리로 차동제 신고
중환자실 간호관리로 차동제 신고
요양병원 입원로 차동제 신고
요양병원 감염예방 관리로 차동제 신고
의료급여 정신과 입원로 차동제 신고
호스피스수가 가산제 신고
호스피스도우미 현황조회
감염예방관리로 차동제 신고
수술실 환자안전관리로 차동제 신고
검종치료실 입원로 신고
회송로 차동제 신고
간호사 처방전 모니터링
입원환자 전달업무의 관리로 신고
차동제 적용 결과조회

인력현황
의료인력 인원수 신고
대전의 신고안내
의(약/조산)사 신고
의료기사 등 신고
간호인력 신고
영양사/조리사 신고
정신건강임상심리사 신고
통원환소 취급인력 신고
의료인력 건강보험자격 연계조회

특수운영현황
특수운영 지정현황 조회
특수운영 현황 조회
3차 의료급여기관 지정현황 조회
결제검사 수탁기관 정보조회
결제검사 수탁인증기관 이력조회
상급종합병원 지정현황 조회
소아 야간·휴일 진료기관 정보조회
광기이식의료기관 지정현황 조회
전문병원 지정현황 조회
지역별 결제검사 수탁기관 정보조회
진료 의뢰·회송기관 정보조회
코로나19 중환자 전달치료병상 정보조회
코로나19 재택치료관리요양기관 정보조회
호흡기환자전환센터 정보조회(의료기관용)
결제검사 불가사출 현황조회
혁신의료기술 현황 조회

② 장비현황
장비현황 신고목록
간방장치 인력신고
간방장치 현황신고
특수장비 현황 인력 신고
특수장비 인력 신고목록
③ 일반장비 현황신고
비포드 재발급 신청
비포드 재발급 진행현황 조회
의료장비 종합정보 조회

특수운영현황 신고
특수운영현황 신고목록
가정간호사실 실시기관 신고
가정형호스피스 전문기관 신고
경리적 대응력만 삼인 실시기관 신고
경리적 화상방이 화색을 실시기관 신고
구순구개술 등 치과교정 및 악정형 치료 실시기관 신고
병원간 관리규정 신고
소외계층 의료서비스 지원사업 기관 신고
수면다원검사 실시기관 신고
사실 공동이용기관 신고
영역제 마이크로메이저실 실시기관 신고
원격의료진할 실시기관
응급의료기관 신고
인공와우실시기관 신고
자문형 호스피스 전문기관 신고
광기이식의료기관 신고
장비 공동이용기관 신고
참여병의원 신고(개방병원)
계약의사 및 협력의료기관(사회복지시설) 신고

① 현황신고·변경 → ② 장비현황 → ③ 일반장비 현황신고 클릭

일반장비 현황신고

현황신고 변경 > 장비현황 > 일반장비 현황신고

④ 목록검색이 되지 않는 경우 새로고침을 눌러주세요.

⑤ 기종정보 수정 및 사용종지 등록시에는 해당되는 의료장비와 항목을 클릭하세요.
기 등록된 장비정보 수정 및 보관유형 전 수정시 변경 불가한 항목(장비번호, 급여적용일자)은 삭제 후 신규등록 하셔야 합니다.

장비대분류 검사행위 관련 장비 **대분류목적** 기능검사장비 **종류분류** --선택하세요--

⑥ 엑셀저장 총 : 437 건


장비번호	종류분류명	종류세분류명	입원번호	급여적용일자	자산관리번호	표준코드	비고	발급여부	제조회명	변경 신고
A20102	근전도검사기	근전도 및 유발전위검사 병용 기:	8	2001-09-05				N	근전도계	SYNERGY 변경신고
A20102	근전도검사기	근전도 및 유발전위검사 병용 기:	12	2012-11-05				N	유발반응측정장치	NEURAL F. 변경신고
A20102	근전도검사기	근전도 및 유발전위검사 병용 기:	13	1996-06-12				N	근전도계	VIKING IV 변경신고
A20102	근전도검사기	근전도 및 유발전위검사 병용 기:	14	1996-06-12				N	근전도계	VIKING IV 변경신고

④ 신고대상목록 총 : 0 건

순번	구분	구분상세	장비번호	종류분류명	종류세분류명	모델명	표준코드	자산관리	제조번호	수정	삭제
데이터가 존재하지 않습니다.											

④ 장비대분류(검사행위 관련 장비), 대분류목적(기능검사장비) 선택 → ⑤ 조회 클릭
→ ⑥ 엑셀저장

○ (경로) 현황신고·변경-장비현황-일반장비 현황신고



서비스안내 개설신고-변경 일반장비등록/수정-일반의료장비정보

일반장비 현황신고

의료장비현황

장비대분류

장비번호

신고대상목록

⑥ 식약처 허가(신고)번호 입력 → ⑦ 조회한 뒤 모델명 등 확인 → ⑧ 해당 장비 적용 버튼 클릭

⑨ 의료장비 정보 상세 입력 → ⑩ 임시저장

⑥ 식약처 허가(신고)번호 입력 → ⑦ 조회한 뒤 모델명 등 확인 → ⑧ 해당 장비 적용 버튼 클릭

서비스안내 개설신고-변경 일반장비등록/수정-일반의료장비정보

일반장비 현황신고

의료장비현황

장비대분류

장비번호

신고대상목록

⑨ 의료장비 정보 상세 입력 → ⑩ 임시저장

⑨ 의료장비 정보 상세 입력 → ⑩ 임시저장

⑪ 최종제출 클릭 → ⑫ 전달사항 등록 → ⑬ 최종제출

- 기존에 신고된 의료장비 내용을 수정하는 경우에는 서류 첨부를 생략할 수 있으나, 신규장비 신고 시에는 관련 증빙자료를 ‘파일첨부’ 하거나 ‘Fax 전송’ 하여야 합니다.
- * 제출서류: 구입증빙자료(전자세금계산서 or 매매계약서) 사본, 식약처 의료기기제조(수입) 품목허가(신고)증 사본(식약처 정보조회 활용 시 생략 가능)
- * 구입한지 오래된 장비라 구입증빙자료가 없을 경우 장비 상세 사진, 라벨 사진 제출

□ [유형2] 장비 등록정보 변경 신고 방법

○ [경로] 현황신고·변경-장비현황-일반장비 현황신고

보건의료자원통합신고포털

로그아웃(54 : 37)

서비스안내 | 개설신고·변경 | **현황신고·변경** | 휴·폐업 | 코로나관련 병상·신고 | 관계기관정보등록 | 정보마당 | 통계 | 마이페이지

일반현황

요양기관 주<->공동계좌자 변경신고
사업자번호·영구SW업체 변경신고

식대

입원환자식 신고
치료식 영양관리로 신고

시설현황

시설현황 신고
침운명 및 병동 현황신고
요양병원 일반입원실 6인이상 병상 신고

차동제

일반병동 간호관리로 차동제 신고
중환자실 간호관리로 차동제 신고
요양병원 입원로 차동제 신고
요양병원 감염예방관리로 차동제 신고
의료급여 정신과 입원로 차동제 신고
호스피스수가 가산제 신고
호스피스도우미 현황조회
감염예방관리로 차동제 신고
수술실 환자안전관리로 차동제 신고
집중치료실 입원로 신고
회송로 차동제 신고
간호사 처우개선 모니터링
입원환자 전담전문의 관리로 신고
차동제 적용 결과조회

인력현황

의료인력 인원수 신고
대전의 신고인내
의(약/조산)사 신고
의료기사 등 신고
간호인력 신고
영양사/조리사 신고
정신건강임상심리사 신고
통역원소 회급인력 신고
의료인력 건강보험자격 연계조회

특수운영현황

특수운영 지정현황 조회
특수운영 현황 조회
3차 의료급여기관 지정현황 조회
검체검사 수탁기관 정보조회
검체검사 수탁인정기관 이력조회
실급종합병원의 지정현황 조회
소아 야간·휴일 진료기관 정보조회
장기이식의료기관 지정현황 조회
전문병원 지정현황 조회
지역별 검체검사 수탁기관 정보조회
건로 의뢰·회송기관 정보조회
코로나19 중증환자 전담치료병상 정보조회
코로나19 재택치료관리요양기관 정보조회
호흡기환자전환센터 정보조회(의료기관용)
검체검사 물가산출 현황조회
혁신의료기술 현황 조회

장비현황

장비현황 신고목록
진행중지 인력신고
진행중지 현황신고
특수장비 현황 인력 신고
특수장비 인력 신고목록

일반장비 현황신고

바코드 재발급 신청
바코드 재발급 진행현황 조회
의료장비 종합정보 조회

특수운영현황 신고

특수운영현황 신고목록
가정간호사실 실시기관 신고
가정간호호스피스 전문기관 신고
경파적 대응력만 삼입 실시기관 신고
경파적 파급방이 폐색을 실시기관 신고
구순구개열 등 치과교정 및 악정형 치료 실시기관 신고
병문안 관리규정 신고
소외계층 의료서비스 지원사업 기관 신고
수면다원검사 실시기관 신고
사설 공동이용기관 신고
임의제 마이크로레이저실 실시기관 신고
원격의료의실 실시기관
응급의료기관 신고
인공와우실시기관 신고
자문형 호스피스 전문기관 신고
장기이식의료기관 신고
장비 공동이용기관 신고
참여병의원 신고(개방병원)
계약의사 및 협약의료기관(사회복지시설) 신고

① 현황신고·변경 → ② 장비현황 → ③ 일반장비 현황신고 클릭

보건의료자원통합신고포털

로그아웃(59 : 48) | 통발 신고조회 | 서면신고전송조회 | 마이페이지 | 고객센터

서비스안내 | 개설신고·변경 | **현황신고·변경** | 휴·폐업 | 코로나관련 병상·신고 | 관계기관정보등록 | 정보마당 | 통계 | 마이페이지

현황신고·변경 > 일반장비 현황신고

현황신고 변경 > 장비현황 > 일반장비 현황신고

영도장비현황 | 최종재출

장비대분류 | 검사법칙 관련 장비 | 대분류목록 | 기능검사항목 | 품목분류 --선택하세요--

① 유효기간이 만료 또는 종료 시 **재검토**를 실시하세요.
② 기본정보 수정 및 사용종지 등록시에는 해당되는 의료장비의 번호를 입력하세요.
가 등록된 장비정보 수정 및 보충요청 전 수정이 반영 불가능한 항목(장비번호, 급배출용량)은 삭제 후 신규등록 하셔야 합니다.

장비보유현황

장비번호	표준코드	바코드	발급부서	식약처정보		장비제조사				변경 신고	
				제품명	품목명 및 설명(모형명)	허가(신고)번호	제조회사	제조연월	제조번호		
A20102			N	근면도계	SYNERGY	수원99-1741호	Viasys Healthcare U	0	0	5	변경신고
A20102			N	유발반응측정장치	NEURAL FUNCTION MEASURING SYSTEM MEE-II	수원11-970호	Nihon Kohden	2012-10	00061	0	변경신고
A20102			N	근면도계	VNINGS IV	수원99-3020호	Nicolet	0	Z00016295	0	변경신고
A20102			N	근면도계	VNINGS IV	수원99-3020호	Nicolet	0	A05616743	0	변경신고

신규등록 | 삭제/삭제 | 삭제/삭제 | 총 : 0 건

신변 | 구분 | 구분상세 | 장비번호 | 품목분류명 | 품목세부명 | 모델명 | 표준코드 | 자산관리 | 제조번호 | 수량 | 삭제

④ 장비보유현황에서 해당 장비 우측의 ⑤ 변경신고 버튼 클릭

서비스안내 개실신고-변경 현황신고-변경 휴-폐업 관계기관정보등록 정보담당 통계 마이페이지

일반장비 현황신고

현황신고 변경 > 장비현황 > 일반장비 현황신고

의료장비현황 최종제출

장비대분류 검사행위 관련 장비

① 목록검진이 되지 않는 경우 새로고침을 눌러주세요
② 기본정보 수정 및 사용종지 등록시에는 해당되는 의료장비 등록할 장비정보 수정 및 보관요청 건 수정이 가능합니다.

○ 장비보유현황

장비번호	표준코드
A20102	
A20102	
A20102	
A20102	

○ 신고대상목록

순번	구분	구분상세	장비번호

⑥ 의료장비 정보

바코드 (01) (11) (21) 바코드발급여부 Y N

① 바코드 부착장비는 바코드를 입력하여 등록 바코드 중복체크

식약처 정보조회 ① 버튼을 눌러 식약처정보 자동 연계등록

식약처 허가사항 모델명 SYNERGY *허가(신고)번호 수허99-1741호

제품명 근전도계

제조년월 0...-...-... 제조번호 010691

① 장비의 제조정보 확인, 제조년월은 6자리로 입력, 확인이 안되는 경우 0000-00으로 입력, 제조번호가 확인이 안되는 경우 기기업체에 확인

제조사 Viasys Healthcare UK Ltd

구입 세부사항 *도입형태 구입 *구입일자 2001-09-05 *구입금액 152,354,083 원

*신구 구분 신장비 *구입금액

기타 *설치장소 기타 *급여 적용일자 2001-09-05 *장비별 급여적용일자 산출기준

자산관리 관리번호

① 구입금액은 구입한 경우만 입력, 입차(리스)기종,구입금액을 알 수 없는 오래된 장비는 '0'으로 입력
② 새 제품인 경우 신장비, 다른 곳에서 사용하였던 장비는 중고장비 선택

○ 의료장비 사용종지 정보

사용종지구분 사용종지일자

⑦ 임시저장 닫기

○ 구비서류안내(자료 미비 시 보완 요청으로 인한 반송 가능)

⑥ 의료장비 정보에서 해당 내역 수정 → ⑦ 임시저장

서비스안내 개실신고-변경 현황신고-변경 휴-폐업 관계기관정보등록 정보담당 통계 마이페이지

일반장비 현황신고

현황신고 변경 > 장비현황 > 일반장비 현황신고

의료장비현황 최종제출

⑧ 전달사항 등록

주관발송여부 ☐ 팩스 ☐ 우편 ☐ 방문 ☐ 파일첨부

① 첨부서류를 소명하여 파일 형식으로 올립니다.

파일첨부

파일명 파일용량

전달사항

① 파일업로드가 모두 끝난 후에 전달사항을 작성하세요.

○ 작성자 정보등록

*신고자 *전화번호 *선택 *처리결과 SMS 수신여부

*이메일 *선택

○ 구비서류안내

① 구입증명자료(세금계산서 또는 계약서 등) 사본
② 식약처 의료기기제조(구입) 품목허가(신고)용 사본(식약처 정보조회 활용시 생략가능)
③ 특수의료장비(MRI, CT, 유방촬영증상장치)는 특수의료장비등록일증, 영상 품질검사결과를 사본 추가
④ 진단영상처리시스템(영상처리장치) 및 사용 신고일증 사본 추가(보건기관 신고내역 조회 활용시 생략가능)
⑤ 환자안전관리법에 의한 장비는 방사선안전위원회 등에 대한 사용검사 및 결과 통보(문서)사본 추가
⑥ 영상저장 및 전송시스템(PACS)인 경우에는 영상저장 및 전송시스템(PACS)장비 현황표 및 영상가동일 확인자료 사본 추가

⑩ 최종제출 목록

⑧ 최종제출 클릭 → ⑨ 전달사항 등록 → ⑩ 최종제출

○ **(경로) 현황신고·변경-장비현황-일반장비 현황신고**

